

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈楠
	职称:	主任技师
	工作单位:	盐城市第三人民医院
项目信息	项目名称:	腹部腔内窥镜5mm四方向镜头一根
	供应商名称:	盐城华美医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>由于该院现拥有奥林巴斯OTV-S300腹腔镜，因业务量增加，需增加一台5mm四方向镜头一根，其它品牌的四方向镜不能兼容该机，故建议采用单一来源形式购置奥林巴斯四方向镜头，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定。</p>	
专业人员签字	陈楠	日期24年3月5日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李林林	
	职称:	高级工程师	
	工作单位:	市一院	
项目信息	项目名称:	四方向流管件一根	
	供应商名称:	淄博市华美医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>现需要采购的四方向流管件，要能跟现使用的日本奥林巴斯腹腔镜系统(型号OTV-S300)匹配使用。其他厂家生产的四方向流管件无法在现有的主机上配套使用。建议采购单一来源方式进行采购。</p> <p>淄博市华美医疗器械有限公司 淄博市奥林巴斯一级代理商。</p> <p>依据财政部令第18号《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十一条第一款之规定。</p>		
专业人员签字	李林林	日期	2014年3月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	郭宗林	
	职称:	工程师	
	工作单位:	盐城市第三人民医院	
项目信息	项目名称:	射阳县医院电子腹腔镜采购项目	
	供应商名称:	盐城市华医医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院拟购买之电子腹腔镜5mm吻合器及多孔套件有配套奥林巴斯腹腔镜主机使用，其他动物类型镜头无法与该机配套兼容使用，经销商为省内盐城市唯一代理经销商，符合单一来源采购原则（符合采购需求规定要求）。故建议采用单一来源方式进行采购。</p>		
	专业人员签字	郭宗林	日期 2024年3月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。